Werken met de referentiesets van Lovibond

Met de referentiestandaarden of testcuvetten kunt u eenvoudig uw fotometer op juiste werking controleren. Hieronder de werkwijze.

1 - Kies op uw fotometer de juiste parameter (chloor/pH) en eventueel meetbereik (voor chloor "CL6" !).
- Plaats de speciale blanco testcuvet uit de referentie-set in de meetschacht van de fotometer.
- Dicht de meetschacht af met het rubberen dekseltje.
- Druk op de Zero/Test toets en wacht op de nulpunt instelling.



2 - Plaats vervolgens de speciale testcuvet "A" in de meetschacht van de fotometer.
- Dicht de meetschacht af met het rubberen dekseltje.
- Druk wederom op de Zero / Test toets.
- Wacht op de uitlezing en vergelijk deze met de waarde van "A" op het unieke certificaat van de set.
- De waarden moeten binnen kleine toleranties overeenkomen.

NB In de pH set is er enkel een blanco en 'A' cuvet.



3 - Plaats vervolgens de speciale testcuvet "B" in de meetschacht van de fotometer.
- Dicht de meetschacht af met het rubberen dekseltje.
- Druk nogmaals op de Zero / Test toets.
- Wacht op de uitlezing en vergelijk deze met de waarde van "B" op het unieke certificaat van de set.
- De waarden moeten binnen kleine toleranties overeenkomen.

NB In de pH set is er enkel een blanco en 'A' cuvet.



Wijkt de uitlezing (sterk) af van de cuvetwaarde, neem dan even contact met ons op via mail of telefoon.

Telefoon 074-2915150 of info@prowater.nl

Pro Water B.V. / tel.: 074-2915150 / fax: 074-2915350 / mail: info@prowater.nl / internet: www.prowater.nl
Lansinkesweg 4 , 7553 AE Hengelo / Postbus 960, 7550 AZ Hengelo